



TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
KİMYA ENSTİTÜSÜ

P.K.21, 41470 GEBZE – KOCAELİ
T 0 262 677 20 00 F 0 262 641 23 09
<http://www.mam.gov.tr>

ANALİZ RAPORU
(Endüstriyel Teknik Destek Hizmeti)

Rapor no : B.02.1.TBT.5.01.12.00-181.06.03- 503 2538

Rapor tarihi : 14.02.2011

Talep eden : Kanaroğlu Madencilik Ltd.Şti.

Adres : G.M.K Bulvarı Cumhuriyet Mah. No:336 Yenişehir / MERSİN

Konusu : Toz numunede Au, Ag, Pt

Bu raporda yer alan sonuçlar, sadece incelenen numunelere aittir.

Onaylayan

Dr. Nurşen TÜRÜDÜ
Kimya Enstitüsü
Endüstriyel Hizmet Sorumlusu

Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.

Bu rapor 2 sayfa olup, 2 asıl (1 asıl müşteriye, 1 asıl Enstitü arşivine) olarak hazırlanmıştır.

Sayfa 1/2



TÜBİTAK
MAM

Rapor no : B.02.1.TBT.5.01.12.00-181.06.03- 503 2538
Talep eden : Kanaroğlu Madencilik Ltd.Şti.
Talep edenin adresi : G.M.K Bulvarı Cumhuriyet Mah. No:336 Yenişehir / MERSİN

Örnek : toz
Örnek sayısı : 1
Örneğin getiriliş şekli : kargo
Kabul anındaki durumu : uygun

Son kullanım tarihi : -
Enstitü örnek kayıt no : 11/1389/1
Kabul tarihi ve saati : 31/01/2011
Analiz tarihi : 10/02/2011

Şahit numune bilgileri : () Müşteriye iade (x) Şahit numune mevcut () Şahit numune alınmamıştır

Kanaroğlu Madencilik Ltd.Şti.'nin 31/01/2011 tarih ve 1389 MAM evrak kayıt numaralı yazısı ile gönderilen 1 adet toz numunede istenilen Au, Ag ve Pt analizleri yapılmış olup elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.

Au (mg/kg)	Ag (mg/kg)	Pt (mg/kg)
< 0,70	< 0,83	< 44,7

Bilgilerinize sunulur.

Açıklamalar:

Sorumlu İmzalar:
(Adı/Soyadı/Ünvanı)


Selçuk TÜRÜ
Uzman Araştırmacı


Murat KORAL
Araştırmacı

Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir.
İmzasız analiz raporları geçersizdir.

Bu rapor 2 sayfa olup, 2 asıl (1 asıl müşteriye, 1 asıl Enstitü arşivine) olarak hazırlanmıştır.

Sayfa 2/2